DI202B
(REV. C)

ARBOR® EXTERNAL FRYATION

10/2001

IMPORTANT INFORMATION ON ARBOR® EXTERNAL FIXATION
WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR EXTERNEN FIXATION DES ARBOR®
INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LE SYSTÈME DE FIXATION EXTERNE ARBOR®
INFORMAZIONI IMPORTANTI SUL SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA ARBOR®
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL SISTEMA DE FIJACIÓN EXTERNA ARBOR®
INFORMAÇÕES IMPORTANTES ACERCA DA FIXAÇÃO EXTERNA ARBOR®
BELANGRIJKE INFORMATIE OVER ARBOR® EXTERNE FIXATIE
VIKTIG INFORMATION OM ARBOR® EXTERN FIXERING
VIGTIGE OPLYSNINGER OM ARBOR® EKSTERN FIKSERING
TÄRKEÄÄ TIETOA ULKOISESTA ARBOR®-KIINNITYSJÄRJESTELMÄSTÄ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ARBOR®

GLOBUS MEDICAL

GLOBUS MEDICAL, INC.
Valley Forge Business Center
2560 General Armistead Avenue
Audubon, PA 19403
USA
Customer Service:
Phone 1-866-GLOBUS1 (OR) 1-866-456-2871
Fax 1-866-GLOBUS3 (OR) 1-866-456-2873

CE 0297

AUSTRALIA SPONSOR: GLOBUS MEDICAL AUSTRALIA PTY LIMITED, Unit 9/5-7 Inglewood Place Baulkham Hills NSW 2153 Australia

OUTSIDE THE UNITED STATES ONLY

ENGLISH — **IMPORTANT INFORMATION ON ARBOR® EXTERNAL FIXATION**

DESCRIPTION
The ARBOR® External Fixation System is comprised of Schanz pins, external fixation clamps, and bars. The pins and bars are available in various sizes, and the fixation clamps are available in several designs all capable of use with any size pins and bars.

ARBOR® pins and clamps are manufactured from titanium alloy, cobalt chromium molybdenum alloy, or stainless steel, as specified in ASTM F136, F138, F139, F899, F1058, F1295, F1472, F1537, F2229. ARBOR® pins are also available with hydroxyapatite (HA) coating as specified in ASTM F1185. ARBOR® bars are manufactured from carbon fiber reinforced epoxy.

INDICATIONS
The ARBOR® External Fixation is indicated for use in construction of an external fixation frame for the treatment of pediatric and adult fractures and/or reconstruction of long bones, small bones (including metacarpal and metatarsal), and the pelvis.

The ARBOR® External Fixation System is intended for:
- Stabilization of open or closed fractures with soft tissue injuries;
- Polytrauma;
- Vertically stable pelvic fractures or as a treatment adjunct for vertically unstable pelvic fractures;
- Arthrodesis and osteotomies with soft tissue problems;
- Revision procedures where other devices have been unsuccessful including failures of total joints;
- Neutralization of fractures stabilized with limited internal fixation;
- Non-unions-septic non-unions ;
- Intraoperative reduction/stabilization tool to assist with indirect reduction;
- Correction of deformity; and
- Unilateral rectilinear bone segment transport or leg lengthening.

WARNINGS
The correct implant selection is extremely important. Failure to use the appropriate implant for the fracture condition may accelerate clinical failure. Failure to use the proper component to maintain adequate blood supply and provide rigid fixation may result in loosening, bending, cracking or fracture of the implant and/or bone. The correct implant size for a given patient can be determined by evaluating the patient's height, weight, functional demands and anatomy. Every implant must be used in the correct anatomic location, consistent with accepted standards of internal fixation.

Implanting metals and alloys in the human body subjects them to an aggressive chemical environment of salts, acids, and proteins, which can cause corrosion. Dissimilar metals in contact with each other can accelerate the corrosion process due to galvanic corrosion effects. Thus, mixing of implant components from different manufacturers is not recommended, for metallurgical, mechanical and function reasons.

PRECAUTIONS
The implantation of external fixation devices should be performed only by experienced surgeons with specific training in the use of this system because this is a technically demanding procedure presenting a risk of serious injury to the patient. Preoperative planning and patient anatomy should be considered when selecting implant size.

External fixation pins must never be reused. An explanted implant must never be reused. Even though the device appears undamaged, it may have small defects and internal stress patterns which could lead to breakage.

MRI SAFETY INFORMATION
MR CONDITIONAL

Non-clinical testing demonstrated that the ARBOR® External Fixation System is MR Conditional. A patient with this device can be scanned safely in an MR system immediately after placement under the following conditions:
- Static magnetic field of 1.5-Tesla and 3-Tesla, only
- Maximum spatial gradient magnetic field of 3000 Gauss/cm or less
- Maximum MR system reported, whole body averaged specific absorption rate (SAR) of <2-W/kg in the Normal Operating Mode of operation for the MR system
- The entire device must be visible outside the MRI bore
- Under the scan conditions defined, the ARBOR® External Fixation System is expected to produce a maximum temperature rise of 2°C after 15-minutes of continuous scanning when the device is visibly out of the coil.

Artifact Information
In non-clinical testing, the image artifact caused by the ARBOR® External Fixation System extends approximately 43mm from this implant when imaged using a gradient echo pulse sequence and a 3.0 Tesla MRI system.

CONTRAINDICATIONS
Use of these implants is contraindicated in patients with the following condition:
- Patients in whom no screws can be inserted due to a bone or soft tissue disease.

ADVERSE EFFECTS
In many instances, adverse results may be clinically related rather than device related. The following are the most frequent adverse effects involving the use of external fracture fixation devices:
- Delayed union or non-union of the fracture site.
- These devices can break when subjected to the increased loading associated with delayed unions and/or non-unions. External fixation devices are load-sharing devices which are intended to hold fracture bone surface in a position to facilitate healing. If healing is delayed or does not occur, the appliance may eventually break due to metal fatigue. Loads on the device produced by load bearing and the patient's activity level dictate the longevity of the device.
- Conditions attributable to non-union, osteoporosis, osteomalicia, diabetes, inhibited revascularization and poor bone formation can cause loosening, bending, cracking, fracture of the device or premature loss of rigid fixation with the bone.
- Improper alignment can cause a malunion of the bone and bending, cracking or even breakage of the device.
- Increased fibrous tissue response around the fracture site due to unstable comminuted fractures.
- Early or late infection, deep or superficial.
- Edema.
- Septic arthritis.
- Pin loosening.
- Pin breakage or movement at the fracture site caused by use of too few pins or pins that are too small.
- Excessive motion at the fracture site caused by failure to tighten the component parts of the device.
- Bone separation induced by rapid drilling of the bony cortex.
- Chronic drainage of bone screw or wire sites after device removal.
- Inadequate fracture reduction because of failure to pin the bone segments correctly.
- Thrombosis.
- Ankle stiffness.
- Deep venous thrombosis.
- Avascular necrosis.
- Shortening of the affected bone/fracture site.
- Nerve damage due to surgical trauma.
- Decrease in bone density, pain, discomfort, or abnormal sensations due to the presence of the device, and vascular changes.

CAUTIONS
Pre-operative
- Pins are single patient use only.
- Pins that came in contact with body fluids should never be reused.
- Ensure that all components needed for surgery are available in the surgical suite.
- Inspection is recommended prior to surgery to determine if implants have been damaged during storage.
- While rare, intra-operative fracture or breakage of instruments can occur. Instruments which have experienced excessive use or excessive force are susceptible to fracture.
- Instruments should be examined for wear or damage prior to surgery.

Intra-operative
- Discard all damaged or mishandled implants.
- Contouring or bending of an implant should be avoided where possible, because it may reduce its fatigue strength and can cause failure under load.
- Implants are available in different versions, varying for example in length, diameter, material and number of drilled holes. Select the required version carefully.
- During the course of the operation, repeatedly check to ensure that the connection between the implant and the instrument, or between the instruments, is secure.
- Implants which consist of several components must only be used in the prescribed combination (refer to the ARBOR® Surgical Technique Guide).
- After the procedure, check the proper positioning of all implants.
- Do not use components from this system in conjunction with components from any other manufacturer unless otherwise specified (refer to the ARBOR® Surgical Technique Guide).

Post-operative
- These implants are neither intended to carry the full load of the patient acutely, nor intended to carry a significant portion of the load for extended periods of time. For this reason, post-operative instructions and warnings to patients are extremely important.
- The injured limb should be kept elevated.
- Depending on the construct and surgeon preference, full weight bearing walking may be started immediately.
- In the event of a delay in bone consolidation or if such consolidation does not take place, complications may occur, for example fracture or loosening of the implant or instability of the implant system. Regular post-operative examinations (e.g. x-ray checks) are advisable.
- Patients who cannot follow the recommendations of the physician because of mental or neuromuscular disorder must have additional post-operative follow-up.
- Advise the patient of daily cleaning of pin-skin interface.
- Implant removal should be followed by adequate postoperative management to avoid fracture or refracture of the bone.

Informing the Patient
- The implant affects the patient's ability to carry loads and her/his mobility and general living circumstances. The surgeon must counsel each patient individually on correct behavior and activity after the implantation.
- Metallic implants can loosen, fracture, corrode, migrate, cause pain, or stress shield bone even after a fracture has healed, particularly in young, active patients. While the surgeon must make the final decision on implant removal, we recommend that whenever possible and practical for the individual patient, fixation devices should be removed once their service as an aid to healing is accomplished. Implant removal should be followed by adequate postoperative management to avoid refracture.

PACKAGING
These implants may be supplied pre-packaged and sterile, using gamma irradiation. The integrity of the sterile packaging should be checked to ensure that sterility of the contents is not compromised. Packaging should be carefully checked for completeness and all components should be carefully checked to ensure that there is no damage prior to use. Damaged packages or products should not be used, and should be returned to Globus Medical. During surgery, after the correct size has been determined, remove the products from the packaging using aseptic technique.

These implants and instruments may also be provided nonsterile and are steam sterilized prior to use, as described in the STERILIZATION section below. Following use or exposure to soil, instruments and instrument trays and cases must be cleaned, as described in the CLEANING section below.

HANDLING
All instruments and implants should be treated with care. Improper use or handling may lead to damage and/or possible malfunction. Instruments should be checked to ensure that they are in working order prior to surgery.

Pins and are single use devices and should not be cleaned. Re-cleaning of single use implants might lead to mechanical failure and/or material degradation. Discard any pins or single use instruments that may have been accidently contaminated. Sterile-packed pins that have become nonsterile but have not been used or contaminated may be resterilized using the instructions for nonsterile devices in the STERILIZATION section below.

CLEANING
Instruments should be cleaned separately from instrument trays and cases. Lids should be removed from cases for the cleaning process, if applicable. All instruments that can be disassembled must be disassembled for cleaning. All handles must be detached. Instruments may be reassembled following sterilization. The products should be cleaned using neutral cleaners before sterilization and introduction into a sterile surgical field or (if applicable) return of the product to Globus Medical.

Cleaning and disinfecting can be performed with aldehyde-free solvents at higher temperatures. Cleaning and decontamination must include the use of neutral cleaners followed by a deionized water rinse. Note: certain cleaning solutions such as those containing formalin, glutaraldehyde, bleach and/or other alkaline cleaners may damage some devices, particularly instruments; these solutions should not be used.

The following cleaning methods should be observed when cleaning instruments and instrument trays and cases after use or exposure to soil, and prior to sterilization:
1. Immediately following use, ensure that the instruments are wiped down to remove all visible soil and kept from drying by submerging or covering with a wet towel.
2. Disassemble all instruments that can be disassembled.
3. Rinse the instruments under running tap water to remove all visible soil. Flush the lumens a minimum of 3 times, until the lumens flush clean.
4. Prepare Enzol® (or a similar enzymatic detergent) per manufacturer's recommendations.
5. Immerse the instruments in the detergent and allow them to soak for a minimum of 2 minutes.
6. Use a soft bristled brush to thoroughly clean the instruments. Use a pipe cleaner for any lumens. Pay close attention to hard to reach areas.
7. Using a sterile syringe, draw up the enzymatic detergent solution. Flush any lumens and hard to reach areas until no soil is seen exiting the area.
8. Remove the instruments from the detergent and rinse them in running warm tap water.
9. Prepare Enzol® (or a similar enzymatic detergent) per manufacturer's recommendations in an ultrasonic cleaner.
10. Completely immerse the instruments in the ultrasonic cleanier and ensure detergent is in lumens by flushing the lumens. Sonicate for a minimum of 3 minutes.
11. Remove the instruments from the detergent and rinse them in running deionized water or reverse osmosis water for a minimum of 2 minutes.
12. Dry instruments using a clean soft cloth and filtered pressurized air.
13. Visually inspect each instrument for visible soil. If visible soil is present, then repeat cleaning process starting with Step 3.

STERILIZATION
These implants may be available sterile or nonsterile. Instruments are available nonsterile.

Sterile implants are sterilized by gamma radiation, validated to ensure a Sterility Assurance Level (SAL) of 10^{-6}. Sterile products are packaged in a heat sealed, double Tyvek pouch or a tube in a Tyvek pouch. The expiration date is provided in the package label. These products are considered sterile unless the packaging has been opened or damaged.

Nonsterile implants and instruments have been validated to ensure an SAL of 10^{-6}. The use of a wrap is recommended, per the Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) ST79, *Comprehensive Guide to Steam Sterilization and Sterility Assurance in Health Care Facilities*. It is the end user's responsibility to use only sterilizers and accessories (such as sterilization wraps, sterilization pouches, chemical indicators, biological indicators, and sterilization cassettes) that are designed for the selected sterilization cycle specifications (time and temperature). Sterile implants meet pyrogen limit specifications.

When using a rigid sterilization container, the following must be taken into consideration for proper sterilization of Globus devices and loaded graphic cases:
- Recommended sterilization parameters are listed in the table below.
- Only rigid sterilization containers for use with pre-vacuum steam sterilization may be used.
- When selecting a rigid sterilization container, it must have a minimum filter area of 176 in^2 total, or a minimum of four (4) 7.5in diameter filters.
- No more than one (1) loaded graphic case or its contents can be placed directly into a rigid sterilization container.
- Stand-alone modules/racks or single devices must be placed, without stacking, in a container basket to ensure optimal ventilation.
- The rigid sterilization container manufacturer's instructions for use are to be followed; if questions arise, contact the manufacturer of the specific container for guidance.
- Refer to AAMI ST79 for additional information concerning the use of rigid sterilization containers.

For implants and instruments provided NONSTERILE, sterilization is recommended (wrapped or containerized) as follows:

Method	Cycle Type	Temperature	Exposure Time	Drying Time
Steam	Pre-vacuum	132°C (270°F)	4 minutes	30 minutes

These parameters are validated to sterilize only this device. If other products are added to the sterilizer, the recommended parameters are not valid and new cycle parameters must be established by the user. The sterilizer must be properly installed, maintained, and calibrated. Ongoing testing must be performed to confirm inactivation of all forms of viable microorganisms.

SYMBOL TRANSLATION	
QTY	QUANTITY
Rx ONLY	PRESCRIPTION USE ONLY
MR	MR CONDITIONAL

DEUTSCH — **WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR EXTERNEN FIXATION DES ARBOR®**

BESCHREIBUNG
Das externe Fixationssystem ARBOR® besteht aus Schanzschen Schrauben, externen Befestigungsklammern und Stäben. Die Schrauben und Stäbe sind in verschiedenen Größen erhältlich, und die Fixationsklemmen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die alle mit Schrauben und Stäben beliebiger Größe verwendet werden können.

ARBOR® Stifte und Klemmens bestehen aus einer Titanlegierung, Kobalt-Chrom-Molybdän-Legierung oder rostfreiem Edelstahl gemäß den Spezifikationen in ASTM F136, F138, F139, F899, F1058, F1295, F1472, F1537 und F2229. ARBOR® Stifte sind auch mit Hydroxyapatit-(HA-)-Beschichtung gemäß ASTM F1185 erhältlich. ARBOR® Stäbe werden aus kohlenstofffaserverstärktem Epoxid hergestellt.

INDIKATIONEN
Das externe Fixationssystem ARBOR® ist für den Aufbau eines externen Fixationsrahmens zur Behandlung von pädiatrischen und adulten Frakturen und/oder zur Rekonstruktion von langen Knochen, kleinen Knochen (einschließlich Mittelhand- und Mittelfußknochen) und des Beckens indiziert.

Das externe Fixationssystem ARBOR® ist bestimmt für:
- Stabilisierung von offenen oder geschlossenen Frakturen mit Weichteilverletzungen;
- Polytrauma;
- vertikal stabile Beckenfrakturen oder als Behandlungshilfe bei vertikal instabilen Beckenfrakturen;
- Arthrodese und Osteotomien mit Weichteilproblemen;
- Revisionsverfahren, bei denen andere Produkte nicht erfolgreich waren, einschließlich Versagen von Gelenkersatz;
- Neutralisierung von mit begrenzter interner Fixation stabilisierten Frakturen;
- Pseudarthrosen/aseptische Pseudarthrosen;
- Intraoperatives Repositions-/Stabilisierungsinstrument zur Unterstützung der indirekten Reposition;
- Deformitätenkorrektur und
- Unilateraler geradliniger Knochensegmenttransport oder Beinverlängerung.

WARNHINWEISE
Die richtige Implantatauswahl ist von entscheidender Bedeutung. Die Verwendung eines für die Fraktur ungeeigneten Implantats kann ein klinisches Scheitern begünstigen. Die Verwendung einer falschen Komponente, die die Aufrechterhaltung einer angemessenen Blutversorgung und eine starre Fixierung nicht gewährleistet, kann zum Lockern, Verbiegen, Reißen oder Bruch des Implantats und/oder Knochens führen. Die richtige Implantatgröße für einen bestimmten Patienten kann durch Bestimmung der Größe, des Gewichts, der funktionellen Anforderungen und der Anatomie des Patienten ermittelt werden. Jedes Implantat muss unter Einhaltung anerkannter Standards zur internen Fixierung an der richtigen anatomischen Position eingesetzt werden.

Durch die Implantation von Metallen und Legierungen in den menschlichen Körper werden diese aggressiven chemischen Milieus von Salzen, Säuren und Basen ausgesetzt, was zu Korrosion führen kann. Unterschiedliche Metalle, die miteinander in Kontakt gebracht werden, können den Korrosionsvorgang aufgrund der galvanischen Korrosionseffekte beschleunigen. Daher wird die Kombination von Implantat-Komponenten von unterschiedlichen Herstellern aus metallurgischen, mechanischen und Funktionsgründen nicht empfohlen.

VORSICHTSMASSNAHMEN
Das Einbringen von externen Fixationsvorrichtungen darf nur von erfahrenen Chirurgen mit spezifischer Schulung in der Verwendung dieses Systems durchgeführt werden, da es sich hierbei um ein technisch anspruchsvolles Verfahren handelt, das ein Risiko schwerwiegender Verletzungen des Patienten birgt. Bei der Wahl der Implantatgröße sind die präoperative Planung und die Patientenanatomie zu berücksichtigen.

Externe Fixationspins dürfen keinesfalls wiederverwendet werden. Ein explantiertes Implantat darf keinesfalls wiederverwendet werden. Selbst wenn das Implantat intakt wirkt, kann es kleine Defekte und Eigenspannungen aufweisen, die zum Bruch führen können.

INFORMATIONEN ZUR MRT-SICHERHEIT
MR CONDITIONAL

Nicht-klinische Tests haben gezeigt, dass das externe Fixationssystem ARBOR® bedingt MR-sicher ist. Ein Patient mit diesem Implantat kann unter folgenden Bedingungen unmittelbar nach der Implantation sicher in einem MR-System gescannt werden:
- Statisches Magnetfeld mit ausschließlich 1,5 Tesla und 3 Tesla
- Örtliche Gradientenfeldstärke von max. 3000 Gauß/cm
- Das berichtete maximale MR-System, gemittelte spezifische Absorptionsrate (SAR) des ganzen Körpers von <2 W/kg im normalen Betriebsmodus des MR-Systems
- Das gesamte Produkt muss außerhalb der Magnetröhre sichtbar sein
- Unter den definierten Scan-Bedingungen wird erwartet, dass das externe Fixationssystem ARBOR® nach 15 Minuten kontinuierlichem Scannen einen maximalen Temperaturanstieg von 2 °C erzeugt, wenn sich das Produkt sichtbar außerhalb der Spule befindet.

Informationen zu Artefakten
Bei nicht-klinischen Tests erstreckt sich das durch das externe Fixationssystem ARBOR® verursachte Bildartefakt etwa 43 mm über dieses Implantat hinaus, wenn es mit einer Gradientenecho-Pulssequenz und einem 3,0 Tesla MRI-System bildgebend untersucht wird.

KONTRAINDIKATIONEN
Der Einsatz dieser Implantate ist bei Patienten mit folgenden Merkmalen kontraindiziert:
- Patienten, bei denen aufgrund einer Knochen- oder Weichteilerkrankung keine Schrauben eingesetzt werden können.

NEBENWIRKUNGEN
In vielen Fällen können Nebenwirkungen klinisch bedingt statt produktbedingt sein. Im Folgenden sind die häufigsten Nebenwirkungen bei Verwendung externer Fixationsvorrichtungen zur Frakturversorgung aufgeführt:
- Verzögerte Verbindung oder Pseudarthrose der Frakturstelle.
- Diese Vorrichtungen können brechen, wenn sie den aufgrund verzögerter Verbindung und/oder Pseudarthrose erhöhten Belastungen ausgesetzt sind. Externe Fixationsvorrichtungen sind lastenteilend und sollen den frakturierten Knochen in einer Position halten, in der die Heilung erleichtert wird. Tritt die Heilung verspätet oder gar nicht ein, kann es durch Metallermüdung zum Bruch der Vorrichtung kommen. Belastungen am Produkt durch Gewicht und Aktivitätsniveau des Patienten bestimmen die Lebensdauer des Produkts.
- Auf Pseudarthrose, Osteoporose, Osteomalazie, Diabetes, gehemmte Revaskularisierung und schlechte Knochenbildung zurückzuführende Krankheitsbilder können zum Lockern, Verbiegen, Reißen oder Bruch des Produkts oder einem vorzeitigen Verlust der starren Fixierung am Knochen führen.
- Eine falsche Ausrichtung kann zu einer Fehlverwachsung des Knochens und zum Verbiegen, Reißen oder sogar zum Bruch des Produkts führen.
- Gesteigerte Reaktion des Fasergewebes rund um die Frakturstelle bedingt durch instabile Trümmerfrakturen.
- Frühe oder späte Infektion, tief oder oberflächlich.
- Ödem.
- Septische Arthritis.
- Lockerung des Pins.
- Pin-Bruch oder Bewegung an der Frakturstelle durch zu wenig Pins oder Pins, die zu klein sind.
- Übermäßige Bewegung an der Bruchstelle, verursacht dadurch, dass Komponenten des Produkts nicht festgezogen wurden.
- Knochenseparation durch schnelles Bohren der Knochenrinde.
- Chronische Drainage von Knochenschrauben oder Drahtstellen nach Entfernen des Produkts.
- Unzureichende Frakturreposition, weil die Knochensegmente nicht korrekt genagelt wurden.
- Thrombose.
- Knöchelsteifigkeit.
- Tiefe Venenthrombose.
- Avaskuläre Nekrose.
- Verkürzung des betroffenen Knochens / der betroffenen Frakturstelle.
- Nervenschaden aufgrund eines chirurgischen Traumas.
- Abnahme der Knochendichte, Schmerzen, Beschwerden oder abnormale Empfindungen aufgrund des Vorhandenseins des Produkts, und Gefäßveränderungen.

VORSICHTSHINWEISE
Präoperativ
- Pins sind nur für den Gebrauch bei einem einzelnen Patienten bestimmt.
- Pins, die in Kontakt mit Körperflüssigkeiten geraten sind, dürfen niemals wiederverwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass alle für die Operation benötigten Komponenten im Operationssaal vorhanden sind.
- Es wird empfohlen, die Implantate vor der Operation auf eventuell bei der Lagerung entstandene Beschädigungen zu überprüfen.
- Obwohl dies selten der Fall ist, kann es intraoperativ zu einem Bruch von Instrumenten kommen. Instrumente, die übermäßig beansprucht oder einer übermäßigen Kraftanwirkung ausgesetzt wurden, sind bruchanfällig.
- Die Instrumente sind vor dem chirurgischen Eingriff auf Abnutzung oder Schäden zu untersuchen.

Intraoperativ
- Alle beschädigten oder unsachgemäß gehandhabten Implantate entsorgen.
- Eine Formanpassung oder ein Verbiegen des Implantats ist möglichst zu vermeiden, da dessen Ermüdungsfestigkeit dadurch gemindert und ein Versagen unter Last verursacht werden kann.
- Die Implantate sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die sich beispielsweise in Länge, Durchmesser, Material und Anzahl an Bohrungen unterscheiden. Wählen Sie die benötigte Ausführung sorgfältig aus.
- Überprüfen Sie während der Operation immer wieder, dass die Verbindung zwischen dem Implantat und dem Instrument bzw. zwischen den Instrumenten sicher ist.
- Implantate, die aus mehreren Komponenten bestehen, dürfen nur in der vorgeschriebenen Kombination verwendet werden (siehe ARBOR® Operationstechnik-Leitfaden).
- Überprüfen Sie nach dem Verfahren die korrekte Positionierung aller Implantate.
- Verwenden Sie keine Komponenten aus diesem System zusammen mit Komponenten eines anderen Herstellers, sofern nichts anderes angegeben ist (siehe ARBOR® Operationstechnik-Leitfaden).

Postoperativ
- Diese Implantate sind weder dafür bestimmt, die volle Last des Patienten akut zu tragen, noch einen erheblichen Anteil der Last über längere Zeit zu tragen. Aus diesem Grund sind die postoperativen Anweisungen und Warnungen für Patienten sehr wichtig.
- Die verletzte Extremität sollte erhöht gehalten werden.
- Je nach der Konstruktion und der Präferenz des Chirurgen kann sofort wieder mit dem Gehen unter voller Gewichtsbelastung begonnen werden.
- Sollte sich die Knochenkonsolidierung verzögern oder kommt es nicht zu einer solchen Konsolidierung, können Komplikationen auftreten, wie z. B. Bruch oder Lockerung des Implantats oder Instabilität des Implantatsystems. Regelmäßige postoperative Überprüfungen (z. B. Röntgenkontrollen) sind ratsam.
- Patienten, die aufgrund psychischer oder neuromuskulärer Störungen den Empfehlungen des Arztes nicht folgen können, müssen zusätzlich postoperativ betreut werden.
- Weisen Sie den Patienten auf die Notwendigkeit einer täglichen Reinigung der Pin-Haut-Schnittstelle hin.
- Der Entfernung des Implantats hat die geeignete Nachsorge zu folgen, um eine Fraktur oder Refraktur des Knochens zu vermeiden.

Informierung des Patienten
- Das Implantat beeinträchtigt die Fähigkeit des Patienten, Lasten zu tragen, und/oder seine Mobilität und seine allgemeinen Lebensumstände. Der Operateur muss jeden Patienten individuell zum richtigen Verhalten und zur richtigen Aktivität nach der Implantation beraten.
- Metallimplantate können sich lockern, zerbrechen, korrodieren, sich verschieben, Schmerzen verursachen oder selbst bei bereits verheilten Brüchen einen belastungsschutzbedingten Knochenabbau verursachen, insbesondere bei jungen, aktiven Patienten. Auch wenn die endgültige Entscheidung über eine Implantatentfernung dem Chirurgen obliegt, legen wir nahe, wann immer es möglich und für den einzelnen Patienten praktikabel erscheint, Vorrichtungen zur Fixation nach vollständig erfolgter Abheilung wieder zu entfernen. Nach der Entfernung des Implantats muss eine angemessene postoperative Nachsorge erfolgen, um eine erneute Fraktur zu vermeiden.

VERPACKUNG
Diese Implantate sind teilweise vorverpackt und durch Gammabestrahlung sterilisiert erhältlich. Vor der Verwendung muss die Unversehrtheit der Verpackung überprüft werden, um die Sterilität des Inhalts sicherzustellen. Die Verpackung muss sorgfältig auf Vollständigkeit überprüft werden und alle Komponenten sind vor der Verwendung sorgfältig auf Beschädigungen zu überprüfen. Beschädigte Verpackungen oder Produkte dürfen nicht verwendet werden und müssen an Globus Medical zurückgesendet werden. Entnehmen Sie während des Eingriffs nach Bestimmung der richtigen Größe die Produkte unter den üblichen aseptischen Bedingungen aus der Verpackung.

Diese Implantate und Instrumente können auch unsteril geliefert werden und müssen vor Gebrauch dampfsterilisiert werden, wie im nachstehenden Abschnitt STERILISATION beschrieben. Nach Gebrauch oder bei Verschmutzung müssen die Instrumente sowie die Instrumentenschalen und -behälter gereinigt werden, wie im nachstehenden Abschnitt REINIGUNG beschrieben.

HANDGRIFFE
Alle Instrumente und Implantate sind mit großer Sorgfalt zu behandeln. Eine unsachgemäße Verwendung oder Handhabung kann zu Beschädigungen und/oder möglichen Fehlfunktionen führen. Instrumente sind vor einem chirurgischen Eingriff auf ihre Einsatzbereitschaft zu überprüfen.

Stifte sind Einwegprodukte und dürfen nicht gereinigt werden. Eine Reinigung von Einwegimplantaten kann zu mechanischem Versagen und/oder Materialschädigung führen. Entsorgen Sie Pins oder Instrumente für den Einmalgebrauch, bei denen Verdacht auf eine versehentliche Kontamination besteht.
Steril verpackte Pins, die unsteril geworden sind, aber nicht verwendet oder kontaminiert wurden, können unter Verwendung der Anweisungen für nichtsterile Geräte im Abschnitt STERILISATION resterilisiert werden.

REINIGUNG
Instrumente sind getrennt von Instrumentenschalen und -behältern zu reinigen. Vor der Reinigung sollten Deckel von Behältern nach Möglichkeit abgenommen werden. Alle zerlegbaren Instrumente müssen vor der Reinigung zerlegt werden. Alle Griffe müssen abgenommen werden. Die Instrumente dürfen nach der Sterilisation wieder zusammengebaut werden. Vor der Sterilisation und Einführung in ein steriles Operationsfeld oder ggf. der Rücksendung des Produkts an Globus Medical müssen die Produkte mit neutralen Reinigungsmitteln gereinigt werden.

Die Reinigung und Desinfektion kann mit aldehydfreien Lösungsmitteln bei höheren Temperaturen durchgeführt werden. Die Reinigung und Dekontaminierung muss die Verwendung von neutralen Reinigungsmitteln und anschließendes Abspülen mit entionisiertem Wasser beinhalten. Hinweis: Bestimmte Reinigungslösungen, z. B. solche, die Formalin, Glutaraldehyd oder Bleichmittel enthalten, und/oder andere alkalische Reinigungsmittel können manche Produkte, insbesondere Instrumente, beschädigen; diese Lösungen dürfen nicht verwendet werden.

Die folgenden Reinigungsmethoden sind bei der Reinigung von Instrumenten und Instrumentenschalen und -behältern nach Gebrauch/Verschmutzung sowie vor der Sterilisation einzuhalten:
1. Stellen Sie sofort nach dem Gebrauch sicher, dass die Instrumente abgewischt werden, um alle sichtbaren Verschmutzungen zu entfernen und vermeiden Sie deren Antrocknen, indem Sie die Instrumente eintauchen oder mit einem feuchten Tuch bedecken.
2. Zerlegen Sie alle zerlegbaren Instrumente.
3. Spülen Sie die Instrumente unter fließendem Leitungswasser ab, um alle sichtbaren Verschmutzungen zu entfernen. Spülen Sie die Hohlräume mindestens 3 Mal, bis sie sauber gespült sind.
4. Bereiten Sie Enzol® (oder ein ähnliches enzymatisches Reinigungsmittel) gemäß den Empfehlungen des Herstellers vor.
5. Tauchen Sie die Instrumente in das Reinigungsmittel und lassen Sie es mindestens 2 Minuten einwirken.
6. Reinigen Sie die Instrumente gründlich mit einer weichen Bürste. Verwenden Sie für Hohlräume einen Pfeifenreiniger. Achten Sie besonders auf schwer erreichbare Stellen.
7. Ziehen Sie die enzymatische Reinigungslösung in eine sterile Spritze auf. Spülen Sie alle Hohlräume und schwer erreichbaren Stellen, bis keine Verschmutzungen mehr zu sehen sind.
8. Entfernen Sie die Instrumente vom Reinigungsmittel und spülen Sie sie unter laufendem warmem Leitungswasser ab.
9. Bereiten Sie Enzol® (oder ein ähnliches enzymatisches Reinigungsmittel) in einem Ultraschallreinigungsgerät gemäß den Empfehlungen des Herstellers vor.
10. Tauchen Sie die Instrumente vollständig in das Ultraschallreinigungsgerät und sorgen Sie dafür, dass sich Reinigungsmittel in den Hohlräumen befindet, indem Sie die Hohlräume ausspülen. Mindestens 3 Minuten mit Ultraschall behandeln.
11. Entnehmen Sie die Instrumente aus dem Reinigungsmittel und spülen Sie sie mindestens 2 Minuten unter fließendem entionisiertem Wasser oder Umkehrosmosewasser.
12. Trocknen Sie die Instrumente mit einem sauberen weichen Tuch und gefilterter Druckluft.
13. Untersuchen Sie jedes Instrument einer Sichtprüfung. Wiederholen Sie bei sichtbaren Verschmutzungen den Reinigungsprozess ab Schritt 3.

STERILISATION
Diese Implantate sind steril oder unsteril erhältlich. Instrumente sind unsteril erhältlich.

Sterile Implantate wurden mit Gammastrahlen sterilisiert, um ein validiertes Sterilitätsniveau von 10^{-6} SAL zu gewährleisten. Sterile Produkte werden in einer hitzeversiegelten doppelten Tyvek-Tasche oder in einem Rohr in einer Tyvek-Tasche verpackt. Das Verfallsdatum ist auf dem Verpackungsetikett angegeben. Diese Produkte können als steril betrachtet werden, sofern die Verpackung nicht geöffnet oder beschädigt wurde.

Unsterile Implantate und Instrumente wurden auf ein Sterilitätsniveau von 10^{-6} SAL validiert. Gemäß *Association for the Advancement of Medical Instrumentation* (AAMI) ST79, *Comprehensive Guide to Steam Sterilization and Sterility Assurance in Health Care Facilities* wird empfohlen, ein Umschlagtuch zu verwenden. Der Endbenutzer ist dafür verantwortlich, dass nur Sterilisatoren und Zubehör (wie z. B. Sterilisations-Umschlagtücher, Sterilisationsbeutel, chemische Indikatoren, biologische Indikatoren und Sterilisationskassetten) verwendet werden, die für die ausgewählten Sterilisationszyklus-Spezifikationen (Zeit und Temperatur) konzipiert wurden. Sterile Implantate erfüllen die vorgeschriebenen Grenzwerte für Pyrogene.

Bei Verwendung eines stabilen Sterilisationsbehälters müssen folgende Punkte beachtet werden, um Globus-Geräte und beladene Grafik-Behälter ordnungsgemäß zu sterilisieren:
- Die empfohlenen Sterilisationsparameter sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.
- Es dürfen nur stabile Sterilisationsbehälter für die Verwendung bei Dampfsterilisation mit Vorvakuum verwendet werden.
- Bei Verwendung eines formstabilen Sterilisationsbehälters ist darauf zu achten, dass dieser einen Mindest-Filterbereich von insgesamt 176 in^2 (1135,5 cm^2) oder mindestens vier (4) Filter mit jeweils 7,5 in (19 cm) Durchmesser besitzt.
- Es darf nur jeweils ein (1) beladener Grafik-Behälter oder dessen Inhalt direkt in einen stabilen Sterilisationsbehälter eingesetzt werden.
- Freistehende Module/Racks oder Einzelgeräte müssen ohne Stapeln in einen Behälterkorb gestellt werden, um eine optimale Ventilation sicherzustellen.
- Die Gebrauchsanweisung des Herstellers des stabilen Behälters sind zu befolgen; auftretende Fragen sind mit dem Hersteller des entsprechenden Behälters zu klären.
- Weitere Informationen zur Verwendung stabiler Sterilisationsbehälter finden Sie in der Leitlinie AAMI ST79.

Bei UNSTERIL gelieferten Implantaten und Instrumenten wird eine Sterilisation (umhüllt oder im Behälter) wie folgt empfohlen:

Methode	Zyklusart	Temperatur	Einwirkzeit	Trockenzeit
Dampf	Vorvakuum	132 °C (270 °F)	4 Minuten	30 Minuten

Die Parameter wurden nur für die Sterilisation dieses Produkts validiert. Wenn andere Produkte in den Sterilisator gegeben werden, gelten die empfohlenen Parameter nicht. Der Anwender hat in diesem Fall neue Zyklusparameter zu bestimmen. Der Sterilisator muss ordnungsgemäß aufgestellt, gewartet und kalibriert werden. Es müssen regelmäßige Tests zur Überprüfung der Abtötung aller Formen lebensfähiger Mikroorganismen durchgeführt werden.

LEGENDE DER SYMBOLE	
QTY	MENGE
Rx ONLY	VERORDNUNGSPFLICHTIG
MR	BEDINGT MR-SICHER

FRANÇAIS — **INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LE SYSTÈME DE FIXATION EXTERNE ARBOR®**

DESCRIPTION
Le système de fixation externe ARBOR® se compose de broches de Schanz, de

- Redução inadequada da fratura devido à colocação incorreta dos pinos nos segmentos do osso.
- Trombose.
- Rigidez do tornozelo.
- Trombose venosa profunda.
- Necrose avascular.
- Encurtamento do osso afetado/local da fratura.
- Danos neurológicos devido ao trauma cirúrgico.
- Diminuição da densidade óssea, dor, desconforto ou sensações anómalas devido à presença do dispositivo, bem como alterações vasculares.

CUIDADO

Pré-operatório

- Os pinos são de utilização num único doente.
- Pinos que tenham entrado em contacto com fluidos corporais nunca devem ser reutilizados.
- Certifique-se de que todos os componentes necessários para a cirurgia estão disponíveis no local da cirurgia.
- É recomendável efetuar uma inspeção antes da cirurgia, para determinar se os implantes foram danificados durante o armazenamento.
- Embora sejam raras, as fraturas ou quebras dos instrumentos durante a cirurgia podem ocorrer. Instrumentos que tenham estado sujeitos a uma utilização excessiva ou força excessiva são suscetíveis de fraturarem.
- Os instrumentos devem ser inspecionados quanto a desgaste ou danos antes da cirurgia.

Intraoperatório

- Elimine todos os implantes danificados ou inadequadamente manipulados.
- A realização de contorno ou dobragem de um implante deve ser evitada sempre que possível, uma vez que tal pode reduzir a resistência do mesmo e provocar uma falha em condições de carga.
- Os implantes estão disponíveis em diferentes versões, variando por exemplo em comprimento, diâmetro, material e número de furos. Selecione cuidadosamente a versão requerida.
- Durante a cirurgia, verifique repetidamente com vista a assegurar que a ligação entre o implante e o instrumento, ou entre os instrumentos está bem fixa.
- Implantes que sejam constituídos por vários componentes só podem ser usados na combinação prescrita (consulte o Guia de Técnica Cirúrgica do ARBOR®).
- Após o procedimento, verifique o posicionamento adequado de todos os implantes.
- Não utilize componentes deste sistema em conjunto com componentes de qualquer outro fabricante, exceto se especificado em contrário (consulte o Guia de Técnica Cirúrgica do ARBOR®).

Pós-operatório

- Estes implantes não se destinam a suportar a carga total do doente durante um curto período de tempo nem a suportar uma porção significativa da mesma carga durante períodos prolongados de tempo. Por este motivo, as instruções e os avisos pós-operatórios fornecidos aos doentes são extremamente importantes.
- O membro lesionado deve ser mantido elevado.
- Consoante o sistema e a critério do cirurgião, a caminhada em carga completa poderá ser iniciada de imediato.
- No caso de um atraso na consolidação óssea, ou se a referida consolidação não se verificar, podem ocorrer complicações, nomeadamente a fratura ou afrouxamento do implante, ou ainda a instabilidade do sistema do implante. É aconselhável realizar exames pós-operatórios regulares (nomeadamente verificações por meio de radiografias).
- Doentes que não possam cumprir as recomendações do médico devido a perturbações mentais ou neuromusculares devem ser alvo de um acompanhamento pós-operatório adicional.
- Aconselhe o doente a efetuar a limpeza diária da interface pino/pele.
- A remoção do implante deve ser seguida de uma gestão pós-operatória adequada, para evitar uma fratura no osso.

Informar o doente

- O implante afeta a mobilidade do doente e a sua capacidade de transportar cargas, bem como as suas circunstâncias de vida gerais. O cirurgião deve aconselhar individualmente cada doente sobre o comportamento correto a ter e as atividades após a implantação.
- Os implantes metálicos podem soltar-se ou sofrer fratura, corrosão, migração, ou provocar dor ou osteopenia por remoção de tensão, mesmo após a consolidação de uma fratura, particularmente em doentes jovens e ativos. Embora caiba ao cirurgião a decisão final relativa à remoção do implante, recomendamos que sempre que possível e prático para o doente específico, os dispositivos de fixação sejam removidos após terem desempenhado a sua função como meio auxiliar para a consolidação. A remoção do implante deve ser seguida por um controlo pós-operatório adequado com o objetivo de evitar uma nova fratura.

EMBALAGEM

Estes implantes podem ser fornecidos pré-embalados e estéreis, utilizando radiação gama. A integridade da embalagem estéril deve ser verificada para assegurar que a esterilidade do conteúdo não está comprometida. A embalagem deve ser cuidadosamente verificada para confirmar que está completa e todos os componentes devem ser cuidadosamente verificados relativamente à ausência de danos antes de serem utilizados. As embalagens ou produtos danificados não devem ser utilizados e devem ser devolvidos à Globus Medical. Durante a cirurgia, depois de ter sido determinado o tamanho correto, remova os produtos da embalagem utilizando uma técnica asséptica.

Estes implantes e instrumentos podem ser fornecidos não estéreis e são esterilizados a vapor antes da utilização, conforme descrito na secção ESTERILIZAÇÃO, em baixo. Após a utilização ou exposição a detritos, os instrumentos e os tabuleiros e estojos dos instrumentos devem ser limpos, conforme o descrito na secção LIMPEZA seguinte.

MANUSEAMENTO

Todos os instrumentos e implantes devem ser manipulados com precaução. Uma utilização ou manipulação inadequadas pode originar danos e/ou um possível funcionamento inadequado. Antes da cirurgia, os instrumentos devem ser verificados para garantir que estão a funcionar corretamente.

Os pinos são dispositivos de uma única utilização e não devem ser limpos. Limpar implantes de utilização única pode levar à falha mecânica e/ou à degradação do material. Elimine quaisquer pinos ou instrumentos de uma só utilização que possam ter sido acidentalmente contaminados.
Pinos embalados estéreis que tenham deixado de estar estéreis mas que não tenham sido utilizados ou contaminados podem ser reesterilizados seguindo as instruções para dispositivos não estéreis na secção ESTERILIZAÇÃO seguinte.

LIMPEZA

Os instrumentos devem ser limpos em separado dos tabuleiros e estojos de instrumentos. As tampas devem ser removidas dos estojos para o processo de limpeza, se aplicável. Todos os instrumentos que podem ser desmontados devem ser desmontados para se proceder à sua limpeza. Devem separar-se todas as pegas. Os instrumentos poderão ser montados novamente após a esterilização. Os produtos devem ser limpos com detergentes neutros antes da esterilização e da introdução num campo cirúrgico estéril ou, se aplicável, da sua devolução à Globus Medical.

A limpeza e a desinfeção podem ser realizadas com soventes isentos de aldeído, a temperaturas mais elevadas. A limpeza e a descontaminação devem incluir o uso de detergentes neutros seguidos de enxaguamento com água desionizada. Nota: algumas soluções de limpeza, como as que contêm formol, glutaraldeído, lixívia e/ou outros detergentes alcalinos, podem danificar alguns dispositivos, particularmente instrumentos, pelo que não devem ser utilizadas.

Devem ser cumpridos os seguintes métodos de limpeza para a limpeza de instrumentos, tabuleiros de instrumentos e estojos após a utilização ou exposição a detritos, e antes da esterilização:

1. Imediatamente após a utilização, certifique-se de que os instrumentos são limpos com um pano para remover detritos visíveis, e impedidos de secar, mergulhando-os ou cobrindo-os com um pano húmido.
2. Desmonte todos os instrumentos que possam ser desmontados.
3. Enxague os instrumentos com água corrente da torneira para remover os detritos visíveis. Irrigue os lúmenes pelo menos 3 vezes, até ficarem limpos.
4. Prepare Enzol® (ou um detergente enzimático similar) de acordo com as recomendações do fabricante.
5. Mergulhe os instrumentos no detergente e deixe impregnar durante um período mínimo de 2 minutos.
6. Utilize uma escova de cerdas macias para limpar minuciosamente os instrumentos. Utilize um escovilhão para os lúmenes. Preste particular atenção a zonas de difícil acesso.
7. Encha uma seringa estéril com solução de detergente enzimático. Irrigue os lúmenes e as zonas de difícil acesso até não serem visíveis detritos a sair dessas zonas.
8. Retire os instrumentos do detergente e enxague-os com água quente corrente da torneira.
9. Prepare Enzol® (ou um detergente enzimático semelhante) de acordo com as recomendações do fabricante num recipiente de limpeza por ultrassons.
10. Mergulhe completamente os instrumentos no dispositivo de limpeza por ultrassons e certifique-se de que o detergente chega aos lúmenes irrigando os lúmenes. Proceda à sonicação durante um período mínimo de 3 minutos.
11. Retire os instrumentos do detergente e enxague-os com água desionizada corrente ou água de osmose inversa durante um período mínimo de 2 minutos.
12. Seque os instrumentos com um pano macio limpo e ar comprimido filtrado.
13. Inspecione visualmente cada um dos instrumentos relativamente à existência de detritos visíveis. Se estiverem presentes detritos visíveis, repita o processo de limpeza a partir do passo 3.

ESTERILIZAÇÃO

Estes implantes podem estar disponíveis estéreis ou não estéreis. Os instrumentos estão disponíveis não estéreis.

Os implantes estéreis são esterilizados por radiação gama para assegurar um nível de garantia de esterilidade (SAL) de 10^{-6}. Os produtos estéreis são embalados numa bolsa dupla Tyvek selada termicamente ou numa embalagem em tubo dentro de numa bolsa Tyvek. O prazo de validade está impresso no rótulo da embalagem. Estes produtos são considerados estéreis, exceto nas situações em que a embalagem tenha sido aberta ou se apresente danificada.

Os implantes e instrumentos não esterilizados foram validados para assegurar um nível de garantia de esterilidade (SAL) de 10^{-6}. Recomenda-se a utilização de um invólucro, de acordo com a norma ST79 da Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI), *Comprehensive Guide to Steam Sterilization and Sterility Assurance in Health Care Facilities*. O utilizador final é responsável por utilizar apenas esterilizadores, e acessórios, validados de esterilização, indicadores químicos, indicadores biológicos e cassetes de esterilização) que sejam concebidos para as especificações (tempo e temperatura) do ciclo de esterilização selecionado. Os implantes estéreis cumprem as especificações do limite de agentes pirogénicos.

Quando utilizar um recipiente de esterilização rígido, devem ser tidos em consideração os seguintes aspetos para a esterilização adequada de dispositivos e estojos de metal cheios da Globus:

- Os parâmetros de esterilização recomendados são indicados na tabela a seguir.
- Só podem ser utilizados recipientes de esterilização rígidos para uso com esterilização a vapor pré-vácuo.
- Quando selecionar um recipiente de esterilização rígido, este deve ter uma área de filtro mínima de 1135,5 cm^2 no total, ou um mínimo de quatro (4) filtros com 19 cm de diâmetro.
- Não pode colocar mais do que um (1) estojo de metal cheio ou o seu conteúdo diretamente num recipiente de esterilização rígido.
- Os módulos/suportes autónomos ou dispositivos únicos deverão ser colocados, sem ficarem empilhados, num recipiente em forma de cesto para garantir uma ventilação perfeita.
- As instruções de utilização do fabricante do recipiente de esterilização rígido devem ser seguidas. Caso surjam dúvidas, contacte o fabricante do recipiente específico para obter orientação.
- Consulte a norma AAMI ST79 para obter informações adicionais relativamente à utilização de recipientes de esterilização rígidos.

No caso de implantes e instrumentos fornecidos NÃO ESTERILIZADOS, recomenda-se a sua esterilização (num invólucro ou recipiente) como indicado a seguir:

Método	Tipo de ciclo	Temperatura	Tempo de exposição	Tempo de secagem
Vapor	Pré-vácuo	132ºC (270ºF)	4 minutos	30 minutos

Estes parâmetros estão validados apenas para esterilizar este dispositivo. Caso sejam acrescentados outros produtos ao esterilizador, os parâmetros recomendados não são válidos e devem ser estabelecidos novos parâmetros de ciclo pelo utilizador. O esterilizador deve ser alvo de instalação, manutenção e calibração adequadas. Devem ser efetuados testes permanentes para confirmar a inativação de todas as formas de microrganismos viáveis.

TRADUÇÃO DOS SÍMBOLOS	
QTY	QUANTIDADE
Rx ONLY	UTILIZAÇÃO APENAS MEDIANTE PRESCRIÇÃO
MR	CONDICIONAL PARA RM

NEDERLANDS — BELANGRIJKE INFORMATIE OVER ARBOR® EXTERNE FIXATIE

BESCHRIJVING

Het ARBOR® externe fixatiesysteem bestaat uit Schanz pennen, externe fixatieklemmen en staven. De pennen en staven zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en de fixatieklemmen zijn verkrijgbaar in verschillende modellen die alle geschikt zijn voor gebruik met pennen en staven van elke afmeting.

ARBOR® pennen en staven zijn gemaakt van titaniumlegering, kobalt-chroom-molybdeenlegering of roestvrij staal, zoals gespecificeerd in ASTM F136, F138, F139, F899, F1058, F1295, F1472, F1537, F2229. ARBOR® pennen zijn ook verkrijgbaar met hydroxyapatiet-coating (HA-coating) zoals gespecificeerd in ASTM F1185. ARBOR® staven zijn gemaakt van met koolstofvezel versterkte epoxy.

INDICATIES

Het ARBOR® externe fixatiesysteem is geïndiceerd voor gebruik bij de corstructie van een extern fixatieframe bij de behandeling van fracturen bij kinderen en volwassenen en/of reconstructie van lange botten, kleine botten (inclusief metacarpale en metatarsale), en het bekken.

Het ARBOR® externe fixatiesysteem is bedoeld voor:

- Stabilisatie van open of gesloten fracturen met letsel van weke delen;
- Multitrauma;
- Verticaal stabiele bekkenfracturen of als aanvulling op de behandeling bij verticaal instabiele bekkenfracturen;
- Artrodese en osteotomie met weke-delenproblemen;
- Revisie-ingrepen waar andere hulpmiddelen geen succes gehad hebben, inclusief falen van complete gewrichten;
- Neutralisatie van fracturen die gestabiliseerd zijn met beperkte inwendige fixatie;
- Non-consolidatie/septische non-consolidatie;
- Hulpmiddel voor intraoperatieve reductie/stabilisatie als ondersteuning bij indirecte reductie;
- Correctie van misvorming; en
- Unilateraal, rechtlijnige botsegmentverplaatsing of beenverlenging.

WAARSCHUWINGEN

Het is van het grootste belang dat het juiste implantaat wordt gekozen. Het gebruik van een ongeschikt implantaat voor de fractuur kan klinisch uitval veroorzaken. Als niet de juiste componenten worden gebruikt en een adequate bloedtoevoer te handhaven en te voorzien in snelle fixatie, kan dat resulteren in losraken, verbuigen, barsten of breuk van het implantaat en/of het bot. De juiste maat van het implantaat voor een bepaalde patiënt kan worden vastgesteld aan de hand van de lengte en het gewicht van de patiënt, de functionele eisen en de anatomie. Elk implantaat moet worden gebruikt op de juiste anatomische locatie, in lijn met de geaccepteerde normen voor interne fixatie.

Na implantatie van metalen en legeringen in het menselijk lichaam worden deze blootgesteld aan een agressieve omgeving van zouten, zuren en ewitten waardoor corrosie kan ontstaan. Wanneer verschillende metalen contact maken met elkaar kan het corrosieproces sneller verlopen als gevolg van galvanische corrosie-effecten. Derhalve wordt het combineren van implantaatcomponenten van verschillende producenten afgeraden, om metallurgische, mechanische en functionele redenen.

VOORZORGSMAATREGELEN

De implantatie van externe fixatiehulpmiddelen mag uitsluitend worden uitgevoerd door ervaren chirurgen met specifieke training in het gebruik van dit systeem, omdat dit een technisch veeleisende ingreep is met risico van ernstig letsel bij de patiënt. Bij het selecteren van de grootte van het implantaat dient rekening gehouden te worden met preoperatieve planning en de anatomie van de patiënt.

Externe fixatiepennen mogen nooit opnieuw gebruikt worden. Een gelexploteerd implantaat mag nooit opnieuw gebruikt worden. Ook als het hulpmiddel onbeschadigd lijkt, kunnen er toch kleine markementen en inwendige spanningspatronen aanwezig zijn die tot breuk kunnen leiden.

MRI-VEILIGHEIDSINFORMATIE

MR

Niet-klinische tests hebben aangetoond dat het ARBOR® externe fixatiesysteem MRI-voorwaardelijk is. Een patiënt met dit hulpmiddel kan onmiddellijk na de plaatsing veilig in een MRI-systeem gescand worden onder de volgende voorwaarden:

- Alleen statisch magnetisch veld van 1,5 tesla en 3 tesla
- Maximale ruimtelijke gradiënt van het magnetische veld van 3000 gauss/cm
- Maximale door het MRI-systeem gemelde SAR (Specific Absorption Rate) voor het hele lichaam van <2 W/kg in de normale werkingsmodus van het MRI-systeem
- Het gehele hulpmiddel moet zichtbaar zijn buiten de MRI-tunnel
- Onder de gedefinieerde scanomstandigheden zal het ARBOR® externe fixatiesysteem naar verwachting een maximum temperatuurstijging van 2 °C veroorzaken na 15 minuten doorlopend scannen wanneer het hulpmiddel zich zichtbaar buiten de spoel bevindt.

Informatie over artefacten

In niet-klinische tests strekt het beeldartefact dat wordt veroorzaakt door het ARBOR® externe fixatiesysteem zich ongeveer 43 mm uit vanaf dit implantaat bij beeldvorming met gebruik van een gradiënt-echopulssequentie en een 3,0 tesla MRI-systeem.

CONTRA-INDICATIES

Gebruik van deze implantaten is gecontra-indiceerd bij patiënten met de volgende condities:

- Er kunnen geen schroeven ingebracht worden vanwege een ziekte van botten of weke delen.

BIJWERKINGEN

In vele gevallen hebben bijwerkingen meer te maken met de klinische situatie dan met het hulpmiddel. Hieronder staan de meest voorkomende bijwerkingen van het gebruik van hulpmiddelen voor externe fractuurfixatie:

- Verlate of uitblijvende consolidatie van de fractuur.
- Deze hulpmiddelen kunnen breken als ze onderhevig zijn aan toenemende belasting die samenhangt met verlate en/of uitblijvende consolidatie. Externe fixatiehulpmiddelen zijn hulpmiddelen die de belasting verdelen en die bedoeld zijn om de oppervlakken van een botfractuur in een positie te houden die de genezing bevordert. As genezing verlaat optreedt of uitblijft, kan het hulpmiddel uiteindelijk breken door metaalmoeheid. Belasting van het hulpmiddel door het dragen van gewicht en door activiteiten van de patiënt bepaalt de levensduur van het hulpmiddel.
- Condities die toegeschreven kunnen worden aan non-consolidatie, osteoporose, osteomalacie, diabetes, belemmerde revascularisatie of slechte botvorming, kunnen leiden tot losraking, verbuiging, barsten of breuken van het hulpmiddel of tot voortijdig verlies van starre fixatie aan het bot.
- Onjuiste uitlijning kan slechte consolidatie van het bot en verbuiging, barsten of zelfs breuken van het hulpmiddel veroorzaken.
- Toegenomen bindweefselvorming rondom de fractuur bij instabiele verbrijzelingsfracturen.
- Vroege of late infectie, diep of oppervlakkig.
- Oedeem.
- Septische artritis.
- Losraken van pennen.
- Breuk van pennen of beweging op de fractuurlocatie doordat er te weinig pennen of te kleine pennen gebruikt zijn.
- Te veel beweging bij de fractuurlocatie doordat de samenstellende onderdelen van het hulpmiddel niet stevig genoeg vastgezet zijn.
- Splijten van bot door snel boren in de botcortex.
- Chronische drainage van de botschroef- of draadlocaties na verwijdering van het hulpmiddel.
- Ontoereikend zetten van de fractuur doordat de botsegmenten niet juist aan elkaar gezet zijn met de pennen.
- Trombose.
- Enkelstijfheid.
- Diepe veneuze trombose.
- Avascuilaire necrose.
- Verkorting van het betreffende bot of de fractuurplek.
- Zenuwbeschadiging door chirurgisch trauma.
- Verminderde botdichtheid, pijn, ongemak of abnormale sensaties door de aanwezigheid van het hulpmiddel, en vasculaire veranderingen.

AANDACHTSPUNTEN

Preoperatief

- Pennen zijn bedoeld voor gebruik bij slechts één patiënt.
- Pennen die in contact zijn gekomen met lichaamsvloeistoffen mogen nooit opnieuw worden gebruikt.
- Zorg ervoor dat alle componenten die nodig zijn voor de operatie, in de operatiekamer aanwezig zijn.
- Aanbevolen wordt om de implantaten voorafgaand aan de operatie te inspecteren, om na te gaan of ze niet beschadigd zijn tijdens de opslag.
- Hoewel het zelden voorkomt, kan tijdens de operatie een breuk of ander mankement van instrumenten optreden. Instrumenten die overmatig zijn gebruikt of een te grote belasting hebben ondergaan, zijn gevoelig voor breuk.
- De instrumenten moeten vóór de operatie worden onderzocht op slijtage of beschadiging.

Tijdens de operatie

- Gooi alle beschadigde of onjuist behandelde implantaten weg.
- Het vormgeven of verbuigen van een implantaat moet waar mogelijk worden vermeden om materiaalmoeheid te vermijden die tot uitval onder belasting zou kunnen leiden.
- Implantaten zijn in verschillende versies leverbaar, bijvoorbeeld variërend in lengte, diameter, materiaal en aantal geboorde gaten. Selecteer de vereiste versie zorgvuldig.
- Controleer tijdens de operatie regelmatig op stevige verbinding tussen het implantaat en het instrument, of tussen de instrumenten onderling.
- Implantaten die uit meerdere componenten bestaan mogen alleen worden gebruikt in de voorgeschreven combinatie (zie de gids voor ARBOR® operatietechniek).
- Controleer na de procedure of alle implantaten goed gepositioneerd zijn.
- Gebruik geen componenten van dit systeem in combinatie met componenten van andere fabrikanten, tenzij anders gespecificeerd (zie de gids voor ARBOR® operatietechniek).

Postoperatief

- Deze implantaten zijn niet bedoeld om direct het volle gewicht van de patiënt te dragen, noch om een aanzienlijk deel van het gewicht te dragen gedurende lange tijd. Daarom zijn postoperatieve instructies en waarschuwingen voor de patiënt erg belangrijk.
- Het gewonde lichaamsdeel moet hoog gehouden worden.
- Afhankelijk van de constructie en van de voorkeur van de chirurg kan worden besloten tot onmiddellijke volledige loopbelasting.
- Indien de fixatie onvoldoende vertraagd is of uitblijft, kunnen er complicaties optreden, zoals breken of loslraken van het implantaat of instabiliteit van het implantaatsysteem. Regelmatige postoperatieve onderzoeken (bijv. röntgencontroles) zijn raadzaam.
- Bij patiënten die niet in staat zijn de aanbevelingen van de arts op te volgen wegens een mentale of neuromusculaire stoornis, is aanvullende postoperatieve follow-up nodig.
- Adviseer de patiënt het rookvlak tussen de pennen en de huid dagelijks te reinigen.
- Na verwijdering van het implantaat is adequate postoperatieve begeleiding nodig om fractuur of herniewunde fractuur van het bot te voorkomen.

Informeren van de patiënt

- Het implantaat is van invloed op het vermogen van de patiënt om gewicht te dragen en op zijn/haar mobiliteit en algemene levensomstandigheden. De chirurg moet met elke patiënt persoonlijk bespreken welk gedrag en welke activiteiten juist zijn na de implantatie.
- Metalen implantaten kunnen losraken, breken, corroderen, migreren, pijn veroorzaken of tot 'stress shielding' in bot leiden, zelfs nadat een fractuur genezen is, met name bij jonge, actieve patiënten. Hoewel de uiteindelijke beslissing over het verwijderen van een implantaat aan de chirurg is, wordt er wel aan om thatiehulpmiddelen te verwijderen zodra zij hun bijdrage aan de genezing geleverd hebben, zo gauw dat mogelijk en praktisch haalbaar is bij de individuele patiënt. Na het verwijderen van een implantaat dient er passende postoperatieve begeleiding te zijn om te voorkomen dat het bot opnieuw breekt.

VERPAKKING

Deze implantaten kunnen voorverpakt en gesteriliseerd (met gammastraling) worden geleverd. De gaafheid van de steriele verpakking moet worden gecontroleerd om zeker te stellen dat de inhoud nog steriel is. De verpakking moet zorgvuldig worden gecontroleerd op volledigheid, en ook alle onderdelen moeten zorgvuldig worden gecontroleerd om beschadiging vóór gebruik uit te sluiten. Een beschadigde verpakking of een beschadigd product mag niet gebruikt worden en dient teruggestuurd te worden naar Globus Medical. Na bepaling van de juiste grootte neemt u tijdens de operatie de producten uit de verpakking middels een aseptische techniek.

Deze implantaten en instrumenten kunnen ook niet-steriel worden geleverd en worden dan met stoom gesteriliseerd vóór gebruik, zoals hierna beschreven in de rubriek STERILISATIE. Na gebruik of na blootstelling aan verontreiniging dienen instrumenten, instrumentenirays en -cassettes te worden gereinigd zoals hierna beschreven in de rubriek REINIGING.

HANTERING

Alle instrumenten en implantaten dienen met zorg te worden behandeld. Het onjuist hanteren of gebruiken kan leiden tot beschadiging en/of markementen. Voordat instrumenten tijdens de operatie gebruikt worden, dient gecontroleerd te worden of ze goed werken.

Pennen zijn bedoeld voor eenmalig gebruik en mogen niet gereinigd worden. Opnieuw reinigen van implantaten voor eenmalig gebruik kan leiden tot mechanisch falen of verminderde materiaalkwaliteit. Gooi pennen of instrumenten voor eenmalig gebruik weg als ze onbedoeld verontreinigd zijn.
Steriel verpakte pennen die niet meer steriel zijn maar die niet gebruikt of besmet zijn, mogen opnieuw gesteriliseerd worden met behulp van de instructies voor niet-steriele hulpmiddelen in de rubriek STERILISATIE hieronder.

REINIGING

De instrumenten moeten apart van instrumentenirays en -cassettes worden gereinigd. Voor de reiniging moeten de deksels van cassettes worden verwijderd, indien van toepassing. Alle instrumenten die uit elkaar gehaald kunnen worden, moeten uit elkaar worden gehaald voor reiniging. Alle handgrepen moeten losgemaakt worden. De instrumenten kunnen weer in elkaar worden gezet na de sterilisatie. De producten moeten worden gereinigd met neutrale reinigingsmiddelen voordat ze gesteriliseerd en in een steriel chirurgisch veld gebracht worden, of (indien van toepassing) voordat het product geretourneerd wordt naar Globus Medical.

Reiniging en desinfectie kan worden uitgevoerd met aldehyde-vrije oplosmiddelen bij hogere temperaturen. Voor reiniging en ontsmetting moeten neutrale reinigingsmiddelen worden gebruikt, gevolgd door afspoelen met gedeïoniseerd water. Opmerking: bepaalde reinigingsoplossingen, zoals oplossingen met formaline, glutaaraldehyde, bleekmiddel en/of andere alkalische reinigingsmiddelen kunnen beschadiging veroorzaken bij bepaalde hulpmiddelen, in het bijzonder instrumenten; deze oplossingen mogen niet gebruikt worden.

Bij het reinigen van instrumenten, instrumentenirays en -cassettes na gebruik of na blootstelling aan verontreiniging, en voorafgaand aan sterilisatie moeten de volgende reinigingsmethodes worden gevolgd:

1. Weg de instrumenten onmiddellijk na gebruik af om alle zichtbare verontreiniging te verwijderen en voorkom opdrogen door ze onder te dompelen of te bedekken met een vochtige doek.
2. Haal alle instrumenten, die uit elkaar gehaald kunnen worden, uit elkaar.
3. Spoel de instrumenten af onder stromend kraanwater om alle zichtbare verontreiniging te verwijderen. Spoel de lumina minimaal 3 maal door, tot het water dat eruit komt, schoon is.
4. Maak Enzol® (of een soortgelijk enzymatisch reinigingsmiddel) klaar volgens de aanbevelingen van de fabrikant.
5. Dompel de instrumenten onder in het reinigingsmiddel en laat ze minimaal 2 minuten weken.
6. Gebruik een zachte borstel om de instrumenten grondig te reinigen. Gebruik een pijpenrager voor eventuele lumina. Besteed speciale aandacht aan moeilijk te bereiken gebieden.
7. Zuig de enzymatische reinigingsoplossing op in een steriele injectiespuit. Spoel alle lumina en moeilijk bereikbare gebieden door tot er op het oog geen vuil meer uit komt.
8. Haal de instrumenten uit het reinigingsmiddel en spoel ze af onder warm stromend kraanwater.
9. Maak Enzol® (of een soortgelijk enzymatisch reinigingsmiddel) klaar volgens de aanbevelingen van de fabrikant in een ultrasone reinigingsmachine.
10. Dompel de instrumenten in de ultrasone reinigingsmachine volledig onder en zorg ervoor dat het reinigingsmiddel in de lumina komt door deze door te spoelen. Voer ultrasone reiniging uit gedurende minimaal 3 minuten.
11. Haal de instrumenten uit het reinigingsmiddel en spoel ze af onder stromend gedeïoniseerd water of met omgekeerde osmose gezuiverd water, gedurende minimaal 2 minuten.
12. Droog de instrumenten met een schone zachte doek en gefilterde perslucht.
13. Inspecteer elk instrument visueel op zichtbare verontreiniging. Als er zichtbaar vuil aanwezig is, herhaal de reinigingsprocedure dan vanaf stap 3.

STERILISATIE

Deze implantaten kunnen steriel of niet-steriel verkrijgbaar zijn. De instrumenten zijn niet-steriel verkrijgbaar.

Steriele implantaten zijn gesteriliseerd met gammastraling voor een gegarandeerd steriliteitsniveau (SAL) van 10^{-6}. Steriele producten zijn verpakt in een met film gesealde dubbele Tyvek zak of in een buis in een Tyvek zak. De uiterste gebruiksdatum staat op het verpakkingsetiket. Deze producten zijn steriel tenzij de verpakking geopend of beschadigd is.

Niet-steriele implantaten en instrumenten zijn gevalideerd voor een SAL van 10^{-6}. Het wordt een wikkel wordt aanbevolen in overeenstemming met de *Comprehensive Guide to Steam Sterilization and Sterility Assurance in Health Care Facilities van de Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) ST79*. Het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om alleen sterilisatoren en accessoires (zoals sterilisatiewikkels, sterilisatiezakken, chemische indicatoren, biologische indicatoren en sterilisatiecassettes) te gebruiken die zijn ontworpen voor de specificaties van de gekozen sterilisatiecyclus (tijd en temperatuur).

Stift är engångsenheter och ska inte rengöras. Rengöring av engångsimplantat kan leda till mekaniska fel och/eller materialnedbrytning. Kassera alla stift eller engångsinstrumenter som kan ha kontaminerats oavsiktligt.
Sterilt förpackade stift som har blivit osterila men inte har använts eller kontaminerats kan steriliseras igen enligt instruktionerna för icke-sterila enheter i avsnittet STERILISERING nedan.

RENGÖRING

Instrumenten ska rengöras separat från instrumentbrickor och -lådor. Lock ska i förekommande fall avlägsnas från lådor för rengöringsprocessen. Alla instrument som kan demonteras måste demonteras före rengöring. Alla handtag måste demonteras. Instrumenten kan monteras igen efter sterilisering. Produkterna ska rengöras med neutrala rengöringsmedel före sterilisering och entörsel i det sterila, kirurgiska området eller (om tillämpligt) returnering av en produkt till Globus Medical.

Rengöring och desinficering kan utföras med aldehydfria lösningsmedel vid högre temperaturer. Vid rengöring och dekontaminering måste neutrala rengöringsmedel användas och åtföljas av sköljning med avjoniserat vatten. Anmärkning: Vissa rengöringslösningar, t.ex. sådana som innehåller formalin, glutaraldehyd, blekmedel och/eller alkaliska rengöringsmedel, kan skada vissa enheter och särskilt instrument. Sådana lösningar bör därför inte användas.

Följande rengöringsmetoder bör följas vid rengöring av instrument och instrumentbrickor samt instrumentlådor efter användning eller exponering för smuts och före sterilisering:

1. Omedelbart efter användning, se till att instrumenten torkas av för att avlägsna all synlig smuts och se till att de inte torkar genom att blöttägga dem eller täcka över dem med en våt handduk.
2. Demontera alla instrument som kan demonteras.
3. Skölj instrumenten under rinnande kranvatten för att avlägsna all synlig smuts. Spola lumen minst 3 gånger tills de är rena.
4. Förbered Enzol® (eller ett liknande enzymatiskt rengöringsmedel) enligt tillverkarens rekommendationer.
5. Blötlägg instrumenten i rengöringsmedlet i minst 2 minuter.
6. Använd en mjuk borste för att noga rengöra instrumenten. Använd en piprensare för eventuella lumen. Var särskilt noga med områden som är svåra att komma åt.
7. Sug upp det enzymatiska rengöringsmedlet med en steril spruta. Spola lumen och svåråtkomliga områden tills ingen mer smuts kommer ut.
8. Avlägsna instrumenten från rengöringsmedlet och skölj dem under rinnande, varmt kranvatten.
9. Förbered Enzol® (eller ett liknande enzymatiskt rengöringsmedel) enligt tillverkarens rekommendationer i en ultraljudsrengörare.
10. Sänk ned instrumenten helt och hållet i ultraljudsrengöraren och spola lumen för att säkerställa att de exponeras för rengöringsmedlet. Rengör med ultraljud i minst 3 minuter.
11. Avlägsna instrumenten från rengöringsmedlet och skölj dem under rinnande, avjoniserat vatten eller "omvänd osmos"-vatten i minst 2 minuter.
12. Torka instrumenten med en ren, mjuk duk och filtrerad tryckluft.
13. Inspektera varje instrument visuellt avseende synlig smuts. Om synlig smuts observeras, upprepa rengöringsproceduren från steg 3.

STERILISERING

Dessa implantat kan levereras sterila eller icke-sterila. Instrumenten finns tillgängliga osterila.

Sterila implantat är steriliserade med gammastrålning och är valideraде för att säkerställa en sterilitetsnivå (Sterility Assurance Level, SAL) på 10^{-6}. Sterila produkter förpackas i en värmetörseglad dubbel Tyvek-påse eller i en tub i en Tyvek-påse. Utgångsdatumet anges på förpackningens etikett. Dessa produkter anses vara sterila om förpackningen inte har öppnats eller skadats.

Icke-sterila implantat och instrument har validerats för att säkerställa en SAL-nivå på 10^{-6}. Användning av ett omslag rekommenderas enligt Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) ST79: *Comprehensive Guide to Steam Sterilization and Sterility Assurance in Health Care Facilities*. Det åligger slutanvändaren att endast använda steriliseringsapparater och tillbehör (t.ex. sterilisering spapper, steriliseringspåsar, kemiska indikatorer, biologiska indikatorer och steriliseringskassetter) som är avsedda för den valda steriliseringscykelns specifikationer (tid och temperatur). Sterila implantat uppfyller specifikationerna för tobergräns.

När en styv steriliseringsbehållare används måste följande observeras för att säkerställa en korrekt sterilisering av enheter och metallskrin med implantat/tillbehör från Globus:

- Rekommenderade parametrar för sterilisering anges i tabellen nedan.
- Endast styva steriliseringsbehållare för användning vid ångsterilisering med förvakuum får användas.
- Den styva steriliseringsbehållaren måste ha en mistsäkra filterytpå åtotalt 176 tum^2 eller minst fyra (4) filter med 7,5 tums diameter.
- Inte mer än ett (1) metallskrin eller dess innehåll får placeras direkt i en styv steriliseringsbehållare.
- Fristående moduler/ställ eller enskilda enheter måste placeras, utan att staplas, i en korgbehållare för att säkerställa optimal ventilation.
- Bruksanvisningen från tillverkaren av den styva steriliseringsbehållaren måste följas. Om frågor uppstår, kontakta tillverkaren av den specifika behållaren för vägledning.
- Se AAMI ST79 för mer information om användning av styva steriliseringsbehållare.

För implantat och instrument som levereras IOKE-STERILA rekommenderas sterilisering (med omslag eller behållare) enligt följande:

Metod	Cykeltyp	Temperatur	Exponeringstid	Torktid
Ånga	Förvakuum	132 °C (270 °F)	4 minutor	30 minutor

Dessa parametrar har validerats för sterilisering av enbart denna produkt. Om andra produkter läggs till i steriliseranen är de rekommenderade parametrarna inte längre giltiga och nya parametrar för steriliseringscykeln måste fastställas av användaren. Steriliseranen måste installeras, underhållas och kalibreras korrekt. Kontinuerliga tester måste genomföras för att bekräfta att alla former av viabla mikroorganismer inaktiveras.

FÖRKLARING AV SYMBOLER	
QTY	ANTAL
Rx ONLY	ENDAST PÅ LÄKARORDINATION
MR	MR-VILLKORLIG

DANSK — VIGTIGE OPLYSNINGER OM ARBOR® EKSTERN FIKSERING

BESKRIVELSE

ARBOR® eksterne fikseringssystem består af Schanz-stifte, eksterne fikseringsklemmer og stænger. Stifte og stænger fås i forskellige størrelse, og fikseringsklemmerne fås i forskellige former, der alle kan bruges med enhver størrelse stifte og stænger.

ARBOR®-stifte og -stænger er fremstillet af titanlegering, kobolt-krommolybdænlegering eller rustfrit stål, som angivet i ASTM F136, F138, F139, F899, F1058, F1295, F1472, F1537 F2229. ARBOR®-stifte fås også med HA-belægning som angivet i ASTM F1185. ARBOR®-stænger er fremstillet af kulfiber forstærket med epoxy.

INDIKATIONER

ARBOR® eksternt fikseringssystem er beregnet til brug ved konstruktionen af en ekstern fikseringsramme til behandling af frakturer og/eller rekonstruktion af lange knogler, små knogler (inkl. metacarpale og metatarsale knogler) samt pelvis hos børn og voksne.

ARBOR® eksternt fikseringssystem er beregnet til: